

# 嘉兴市第一医院电动开颅钻手机采购项目

## 单一来源采购公示

### 一、项目信息

**采购人：** 嘉兴市第一医院

**项目名称：** 电动开颅钻手机

**项目编号：** 嘉一采单（非）（货）（2023）77号

**预算金额：** 16万元

**数量：** 1个

**项目概况（内容、用途、简要技术要求等）：**

**内容：** 电动手机、8.0cm 中直接口、6.5cm 成人铣刀接口、10.5cm 短弯接口、润滑油、消毒盒、清洁刷

**用途：** 用于配合强生小金刚 EMAX2PLUS 动力系统进行神经外科开颅术、颅底打磨、经蝶垂体瘤显微手术、颈椎等手术钻、铣、磨

**简要技术要求：** 1. 手柄与连线之间可 240 度旋转，便于术中灵活操作，防止后端线缆缠绕 2. 手柄采用高端风冷冷却技术，工作温度不超过 40°，手柄工作温度无热量，保证长时间使用手柄不发热，旋转式机身，工作噪音低于 75 分贝 3. 手柄为一体式一把手柄可装配各种接头，无需接头扳手或钥匙 4. 可配备直型中接口 8cm 磨钻保护套 5. 铣刀保护套能有效防止损伤硬脑膜 6. 可配备 10.5cm 短弯接口

**拟采用的采购方式：** 单一来源采购方式

**采用单一来源采购方式的原因及说明：** 动力系统主机品牌为强生，为了手机与主机适配性和兼容性，配置同品牌的手机。

浙江白云科工贸股份有限公司为强生授权供应商。鉴于上述情况，申请采用单一来源方式进行采购。

## 二、 拟定供应商信息

名称：浙江白云科工贸股份有限公司

## 三、 公示期限

2023年6月8日-6月14日

## 四、 其他补充事宜

本项目公告期限为 5 个工作日，供应商对该项目拟采用单一来源采购方式及其理由和相关需求有异议的，可以在公示期限内（截止时间为本公示发布之日起的第 6 个工作日），以书面形式向采购人纪检监察部门提出异议。

## 五、 联系方式

投诉机构：纪检监察室

投诉电话：0573-82519888

## 六、 附件

专业人员论证意见（格式见附件）

嘉兴市第一医院招标采购中心

2023年6月8日