

九、专家论证意见

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张明
	职称: 工程师
	工作单位: 浙江中德医院
专业人员信息	姓名: 郭中正
	职称: 高工
	工作单位: 浙江中德医院
专业人员信息	姓名: 王清波
	职称: 高级工程师
	工作单位: 杭州市第一人民医院
项目信息	项目名称: 嘉兴市第一医院全自动快速微生物质谱检测系统线性检测仪维修
	供应商名称: 杭州怡丹生物技术有限公司
专业人员论证意见	因该设备线性检测器电压值已达到3200V无法通过增加电压的等手段提高检测效能微生物日常工作检测中发生大量标本无法检测严重影响检测通过单一来源方式由设备原供应商杭州怡丹生物技术有限公司负责维修
专业人员签字	张明 郭中正 王清波 日期 2023年7月5日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。